



# Z A Ś W I A D C Z E N I E

## CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ W ŁODZI

zaświadcza, że

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

NR:B1006G

**Laboratorium Analityczne**  
**Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy**  
**ul.Seminaryjna 1**  
**85-326 Bydgoszcz**

w 2021 roku brało udział w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny w zakresie immunochemii specjalistycznej w ramach międzylaboratoryjnej oceny jakości badań i w 2 z 2 edycji programu, każda z użyciem 2 materiałów kontrolnych, poddało ocenie 3 z 9 analitów ocenianych w programie.

Laboratorium uzyskało w arkuszu nr 1 następujące oceny roczne:

ANALIT / EDYCJA	1. ZIMA	2. LATO	OCENA ROCZNA
Prokalcytonina	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
1,25-(OH) <sub>2</sub> Witamina D	(0/0) N/O	(0/0) N/O	N/O
25-OH Witamina D	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie - anty-TG	(0/0) N/O	(0/0) N/O	N/O
Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej - anty-TPO	(0/0) N/O	(0/0) N/O	N/O
C-Peptyd	(0/0) N/O	(0/0) N/O	N/O
Parathormon - PTH	(+ +) +	(+ +) +	bardzo dobra
Insulina	(0/0) N/O	(0/0) N/O	N/O
Osteokalcyna	(0/0) N/O	(0/0) N/O	N/O

### OBJAŚNIENIA

" + " - ocena pozytywna dla analitu w pojedynczej edycji;

" - " - brak oceny pozytywnej dla analitu w pojedynczej edycji;

Dla uzyskania oceny pozytywnej " + " dla analitu w pojedynczej edycji dwa wyniki muszą spełniać kryteria dopuszczalnego błędu w obu materiałach (+ +).

N/O - składnik nie oznaczany/ nie poddany ocenie (0 0);

Ocena roczna "bardzo dobra" - kryteria dopuszczalnego błędu dla pojedynczego wyniku spełnione w czterech materiałach;

Ocena roczna "dobra" - kryteria dopuszczalnego błędu dla pojedynczego wyniku spełnione w trzech materiałach;

Ocena roczna "zadowolająca" - kryteria dopuszczalnego błędu dla pojedynczego wyniku spełnione w dwóch materiałach;

Ocena roczna "wątpliwa" - kryteria dopuszczalnego błędu dla pojedynczego wyniku spełnione w jednym materiale;

Ocena roczna "negatywna" - kryteria dopuszczalnego błędu dla pojedynczego wyniku nie spełnione w żadnym z czterech materiałów;

**Dr n. med. Barbara Przybył-Hac**  
Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań Jakości  
w Diagnostyce Laboratoryjnej

Łódź, 03.12.2021 r.

COBJWDL.ZASW.IHS.0309.1.2021.1.B1006G.1

Zaświadczenie zachowuje ważność od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Signature by Textiel

Dokument podpisany przez: Barbara Przybył-Hac, COBJwDL  
Data: 2021.12.03 12:52:55 CEST