



Z A Ś W I A D C Z E N I E

CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ W ŁODZI

zaświadcza, że

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

NR:B1006G

Laboratorium Analityczne
Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
ul.Seminaryjna 1
85-326 Bydgoszcz

w 2021 roku brało udział w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny w zakresie hematologii w ramach międzylaboratoryjnej oceny jakości badań i w 4 z 4 edycji programu, każda z użyciem 2 materiałów kontrolnych, poddało ocenie 8 z 8 analitów ocenianych w programie.

Lokalizacja aparatu: MLD

Laboratorium uzyskało na aparacie 08-40-08 w arkuszu nr 2 następujące oceny roczne:

ANALIT / EDYCJA	1. ZIMA	2. WIOSNA	3. LATO	4. JESIEŃ	OCENA ROCZNA
Hematokryt	(+ +) +	(+ +) +	(+ +) +	(W/O +) +	bardzo dobra
Hemoglobina	(+ +) +	(+ +) +	(+ +) +	(W/O +) +	bardzo dobra
Krwinki czerwone (RBC)	(+ +) +	(+ +) +	(+ +) +	(W/O +) +	bardzo dobra
Krwinki białe (WBC)	(+ +) +	(+ +) +	(+ +) +	(W/O +) +	bardzo dobra
Krwinki płytkowe (PLT)	(+ +) +	(+ +) +	(+ +) +	(W/O +) +	bardzo dobra
SSH (MCHC)	(+ +) +	(+ +) +	(+ +) +	(W/O +) +	bardzo dobra
SMH (MCH)	(+ +) +	(+ +) +	(+ +) +	(W/O +) +	bardzo dobra
SOK (MCV)	(+ +) +	(+ +) +	(+ +) +	(W/O +) +	bardzo dobra

OBJAŚNIENIA

" + " - ocena pozytywna dla analitu w pojedynczej edycji;

" - " - brak oceny pozytywnej dla analitu w pojedynczej edycji;

Dla uzyskania oceny pozytywnej " + " dla analitu w edycji dwa wyniki muszą spełniać kryteria dopuszczalnego błędu (+ +) dla wyników w obu materiałach.

N/O - analit nieoznaczony / niepoddany ocenie (0 0);

W/O - oznacza ocenę pozytywną " + " dla jednego materiału, którego wyniki wyłączone z oceny w edycji JESIEŃ;

Ocena roczna "bardzo dobra" - ocena pozytywna " + " uzyskana w czterech edycjach;

Ocena roczna "dobra" - ocena pozytywna " + " uzyskana w trzech edycjach;

Ocena roczna "zadowalająca" - ocena pozytywna " + " uzyskana w dwóch edycjach;

Ocena roczna "wątpliwa" - ocena pozytywna " + " uzyskana w jednej edycji;

Ocena roczna "negatywna" - ocena pozytywna " + " nie uzyskana w żadnej z czterech edycji;

Dr n. med. Barbara Przybył-Hac

Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań Jakości
w Diagnostyce Laboratoryjnej

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Barbara Przybył-Hac;
COBJwDL

Data: 2021.12.23 09:38:52 CET

Łódź, 23.12.2021 r.

COBJWDL.ZASW.H.0309.1.2021.2.B1006G.2

Zaświadczenie zachowuje ważność od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.